

SYNERGO BEHANDELING



FRANCISCUS GASTHUIS

Inleiding

Uw behandelend uroloog heeft met u gesproken over mogelijke behandelingen van de blaastumor die bij u is geconstateerd. U heeft samen met uw uroloog besloten om te starten met de Synergo behandeling. In deze folder leest u informatie over deze behandeling.

Synergo

Bij de Synergo behandeling wordt de blaaswand oppervlakkig verwarmd (hyperthermie) en gelijktijdig gespoeld met een cytostaticum (Mitomycine of Epirubicine). Cytostatica remt de celgroei doordat het de celdeling blokkeert. Daardoor kunnen de kankercellen zich niet meer vermenigvuldigen. Dit middel wordt rechtstreeks via een speciale katheter in de blaas gebracht. Deze katheter wordt gekoppeld aan het Synergo apparaat, dat voor de verwarming van de blaaswand zorgt.



Behandelschema

De standaard Synergo behandeling start met zes of acht maal een wekelijkse spoeling, gevolgd door zes weken rust, waarna de Synergo behandeling iedere zes weken één keer wordt uitgevoerd. Het tweede jaar wordt de Synergo behandeling iedere acht weken één keer uitgevoerd. Om de drie maanden wordt een cystoscopie gedaan ter controle.

Vorbereiding

- Ongeveer vier uur voor de Synergo behandeling beperkt u het drinken tot bijvoorbeeld 1 kopje koffie of thee; u mag wel eten. Dit is om verdunning van de cytostatica te voorkomen.
- Neem 2 tabletten van 500 mg paracetamol in, één uur voor de behandeling, en zo nodig na de behandeling
- Neem eventueel voorgeschreven medicatie om de blaas rustig te houden in zoals voorgeschreven.
- Let op; heeft u plasklachten of kunt u om andere redenen de behandeling niet ondergaan, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de urologisch-oncologieverpleegkundige.

Behandeling

- U meldt zich aan bij balie 118 met een volle blaas.
- De verpleegkundige roept u binnen en vraagt onder andere naar eventuele bijwerkingen van de vorige behandeling.

De behandeling duurt in totaal ongeveer 75 minuten. De urologisch-oncologieverpleegkundige brengt een speciale katheter in via de plasbuis in de blaas. Deze katheter wordt aangesloten op het Synergo apparaat en heeft drie belangrijke functies:

- Gelijkmatische verwarming van de blaaswand door een kleine antenne die radiostraling afgeeft (microgolven).
- Controle van de temperatuur door drie gevoelige sensoren om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de blaas constant blijft en niet te hoog wordt.
- Circulatie van de gekoelde cytostatica in en uit de blaas.

Via de katheter wordt de cytostatica in de blaas gebracht. De cytostatica blijft gedurende maximaal 30 minuten in de blaas

met een temperatuur tussen de 40-42 graden Celsius, waarna deze wordt vervangen door nieuwe cytostatica. Ook deze blijft maximaal 30 minuten in de blaas met een temperatuur tussen 40-42 graden Celsius. Daarna wordt de cytostatica via de katheter uit de blaas gehaald en wordt de katheter verwijderd.

Bijwerkingen

- Tijdens de behandeling kunt u last hebben van blaaskrampen, waarvoor eventueel medicatie kan worden voorgeschreven.
- U zult na de behandeling wat meer aandrang voelen, wat vaker moeten plassen en het plassen kan een branderig gevoel geven.
- Er kan wat bloed bij de urine zitten.
- Er kan een allergische reactie optreden in de vorm van huiduitslag; meld dit altijd aan de urologisch-oncologieverpleegkundige.
- Er kunnen vermoeidheidsklachten ontstaan.

De plasklachten verminderen doorgaans na twee tot drie dagen. Indien bijwerkingen ernstiger van aard blijken te zijn, bespreekt uw behandelend arts met u hoe dit het best kan worden behandeld. Als u een blaasontsteking heeft dan wordt de Synergo behandeling uitgesteld. De ontsteking wordt dan eerst behandeld met antibiotica.

Voorzorgsmaatregelen

- Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur extra drinkt, daardoor verdwijnen mogelijke bijwerkingen sneller.
- Mannen kunnen het beste zittend plassen.
- Spoel het toilet tweemaal door met de deksel dicht, tot zes uur na de behandeling.
- Bij morsen van urine buiten het toilet de omgeving helemaal schoonmaken met toiletzeep/ schoonmaakmiddel. NIET met chloor in verband met het ontstaan van chloorgas.
- Op de dag van het toedienen van de spoeling is het handig om oud ondergoed aan te trekken. Bevuilde kleding en ondergoed eerst minimaal vijf minuten koud voorspoelen in de wasmachine. Daarna wassen in het voor u gebruikelijke wasprogramma.

- Belangrijk is om tot twee dagen na de Synergo behandeling beschermende maatregelen bij seksueel contact te treffen. Afhankelijk van de seksuele handeling wordt daarom aanbevolen om een condoom te gebruiken. Het gaat hierbij om bescherming van de partner tegen de schadelijke effecten van het cytostaticum.

Vragen

Bij vragen over uw behandeling, advies of onduidelijkheid omtrent iets waar u mee zit, kunt u contact opnemen met de urologisch-oncologieverpleegkundige Sally Wildeman of Corine van Golde, van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer 010 - 461 6820 of e-mail s.wildeman@franciscus.nl of c.vangolde@franciscus.nl